

林口 檢驗醫學部 檢驗通告

受文者 全院各單位

內容 主旨：林口檢驗醫學部L72- -571* NT-ProBNP (N terminal pro B type natriuretic peptide)檢驗方法將於2022/1/26開始由電子化學冷光免疫分析法 (ECLIA)轉換為化學冷光微粒免疫分析法 (CMIA)提供檢驗服務，請查照。
說明：

一、檢驗醫學部林口院區L72-571* NT-ProBNP檢驗方法，因機台更換將由電子化學冷光免疫分析法(ECLIA)轉換為化學冷光微粒免疫分析法 (CMIA)，經評估新、舊方法檢驗值差異及相關性測試，結果均符合允收標準，生物參考區間維持不變。

二、新、舊方法線性相關分析為($y = 1.1075x + 59.364$ ， $R^2 = 0.9938$)如附件一，依照CLSI EP17-A2 Guideline評估可定量極限後，將可發報告下限設定為50 pg/mL，相關檢驗說明如附件二。

三、如有相關問題請洽詢生化軌道組 王碧娥組長，TEL：403-2526；GSM：67818。

林口 檢驗醫學部 啟

附件 01. 附件一 [附件一](#)
02. 附件二 [附件二](#)

列印

長庚醫療財團法人 - 電子公告

網站內容為 長庚醫療財團法人 所有，請勿任意轉載，並遵守醫院各項相關規定使用

瀏覽人次 **191**

網址：<http://cghasp.cgmh.org.tw/anc/detail.aspx?butsqno=202201200049>

