

## 林口 檢驗醫學部 檢驗通告

內容 主旨：即日起更換L72-155 Amebiasis Ab (阿米巴抗體)檢驗試劑及參考值

說明：

一、檢驗醫學部檢驗項目L72-155 Amebiasis Ab (阿米巴抗體)檢驗，原使用血球凝集法之試劑，因原廠即將停產，將更換為酵素免疫分析法之試劑，參考值由原先 <1:32 變更為

Negative(陰性)：<0.9

Equivocal(不確定)：0.9-1.1

Positive(陽性)：>1.1

二、此新試劑僅偵測阿米巴之IgG抗體，與舊試劑比較，20件案例中有兩例新試劑做出陰性(檢驗值各為0.79及0.81，接近0.9)，而舊試劑為弱陽性(1:32)；新試劑偵測出有兩例為Equivocal，在舊方法也為弱陽性(1:32)。此新試劑之敏感度較血球凝集法稍差，新舊試劑一致性為80% (16/20)。

三、參考原廠試劑說明書以95%健康族群為正常值條件設定參考值，選取24個肝腎功能正常、預期為陰性之健診檢體，其中23例皆為陰性，有1例為Equivocal，95.8%符合預期。

四、其他採檢需知及檢驗操作頻率不變，請參考附件

五、如有相關問題請洽免疫組楊翹組長，TEL: 403-8366、GSM:67829。

林口 檢驗醫學部 啟

---

附件      01. 附件一      [採檢手冊](#)

---

列印

## 長庚醫療財團法人 - 電子公告

網站內容為 長庚醫療財團法人 所有，請勿任意轉載，並遵守醫院各項相關規定使用

瀏覽人次 **217**

網址：<http://cghasp.cgmh.org.tw/anc/detail.aspx?butsqno=202012210039>