



溫度部份：(實溫)

	器示值 (°C)	標準值 (°C)	器差值 (°C)
CH1+Sensor 1	1.8	2.0	-0.2
	4.8	5.0	-0.2
	7.8	8.0	-0.2
CH2+Sensor 2	1.8	2.0	-0.2
	4.8	5.0	-0.2
	7.8	8.0	-0.2

校正說明：

1. 器差值=器示值 - 標準值
 2. 器示值係指送校正件所顯示或設定之值
 3. 標準值係指工作標準件之輸出值或顯示值
 4. 校正能力係以約95 %信賴水準, $k=2$ 之擴充不確定度表示
 5. 擴充不確定度：0.5 °C
 6. 上述擴充不確定度已包含校正件之不確定度評估結果
- THE END --