

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：33327 輸入

檔案編號33327(12導程心電圖記錄儀)的12筆維復記錄如下：

排序：

第一頁

前一頁

後一頁

最後一頁

1/1

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2023/12/08	2023/12/08	029無法蓄電	01電池不良	01更換電池	0:56	43羅翔耀		92128758
2023/09/15	2023/09/15	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:0	43羅翔耀		72090315
2023/06/09	2023/06/09	099預防保養	01預防保養	0101預防保養	1:15	14吳威陞	設備位於13F，聯絡人王思怡 56144	92069089
2022/09/13	2022/09/13	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:17	14吳威陞		71090298
2021/09/07	2021/09/07	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:15	14吳威陞		70090307
2021/05/03	2021/05/03	014ECG不穩定	01LDWR不良	03更換Lead wire	0:49	37陳宇新		90052624
2020/07/14	2020/07/14	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:56	09史若岑		79070222
2019/11/22	2019/11/22	025無法開機	06電源座排線不良	0101更換電源座排線	1:49	37陳宇新		98116078
2018/12/20	2018/12/20	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:13	50李昱樺		77120094
2017/07/31	2017/07/31	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:48	31楊允中		76070087
2016/07/28	2016/07/28	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:18	31楊允中		75070644

2015/07/29	2015/07/29	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:1	31 楊允中	Z2113A0017	74070757
------------	------------	--------------	--------	----------------	-----	-----------	------------	----------