

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：36476 輸入

檔案編號36476(數位平板式透視攝影X光機)的34筆維復記錄如下：

排序：請修日期

第一頁

前一頁

後一頁

最後一頁

1/3

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/01/30	2024/01/30	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:41	46邱柏豪		73010664
2023/10/31	2023/10/31	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:41	46邱柏豪		72100781
2023/07/31	2023/07/31	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	8:0	46邱柏豪		72070738
2023/04/21	2023/04/21	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:0	27廖士豪		72040650
2023/01/30	2023/01/30	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:58	27廖士豪		72010675
2022/10/28	2022/10/28	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:55	27廖士豪		71100769
2022/07/28	2022/07/28	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:47	27廖士豪		71070769
2022/04/26	2022/04/26	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	2:49	27廖士豪		71040645
2022/04/25	2022/04/25	003DOOR OPEN ALARM	01DOOR SENSOR 不良	02更換DOOR SENSOR	2:51	27廖士豪		91045549
2022/01/24	2022/01/24	定期保養，清	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:40	27廖		71010688

		潔設備 內外部			士 豪	
2021/10/25	2021/10/25	定期保 養，清 潔設備 內外部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:16	27 廖士 豪 70100783
2021/09/10	2021/09/10	003DOOR OPEN ALARM	01DOOR SENSOR 不良	01整修DOOR SENSOR	1:56	27 廖士 豪 90093614
2021/07/23	2021/07/23	定期保 養，清 潔設備 內外部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:24	27 廖士 豪 70070762
2021/07/23	2021/07/23	定期保 養，清 潔設備 內外部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:23	46 邱柏 豪 70070762
2021/04/21	2021/04/21	定期保 養，清 潔設備 內外部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:47	27 廖士 豪 70040626
123						