

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：37257 輸入

檔案編號37257(正子電腦斷層掃描儀)的56筆維復記錄如下：

排序：請修日期 ▾ 第一頁 前一頁 後一頁 最後一頁 1/4

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/04/19	2024/04/19	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:41	46 邱柏豪	TUBE USAGE:708954 S 116044240 mAs, WCC CAL OK	73040634
2024/03/04	2024/03/04	021GANTRY 異音	01DAS風扇 不良	01更換DAS風扇	1:27	46 邱柏豪		93037314
2024/01/20	2024/01/20	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:30	46 邱柏豪	TUBE USAGE:678175 S, 110940317 mAs	73010667
2023/10/20	2023/10/20	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	2:30	46 邱柏豪	TUBE USAGE:644362 S	72100783
2023/07/14	2023/07/14	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:0	46 邱柏豪	TUBE USAGE:611844 S, PET POWER SUPPLY 電壓 不足，待料更換	72070741
2023/04/20	2023/04/20	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:10	46 邱柏豪	TUBE USAGE:578752 S, 94515159 mAs, 更換 POWER BRUSH	72040652
2023/03/10	2023/03/10	019CPU FAN ERROR	01CONSOLE CPU FAN不 良	01更換CONSOLE CPU FAN	1:37	46 邱柏豪		92039332
2023/01/18	2023/01/18	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:4	46 邱柏豪	延至1/25保養	72010678
2022/10/31	2022/10/31	017版本更新	01版本更新	01版本更新	4:45	46 邱柏豪	版本更新至 3.0.2	91105730
2022/10/24	2022/10/24	018台電跳電	01台電跳電	01重開電源復原	1:50	46 邱柏豪	REBUILD DATABASE	91104854
2022/10/16	2022/10/16	定期保養，清潔設備內外外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	8:0	46 邱柏豪	TUBE USAGE:518380 S, 84528982 mAs, 升級OS	71100771

							失敗裝回舊硬碟重建DATA	
2022/08/10	2022/08/10	004SYSTEM READINESS MONITOR SHOW YELLOW	01WCC OVER 180 DAYS	0101執行3D WCC CALIBRATION	2:28	46 邱柏豪	更換校正射 源，執行WCC 校正	91087237
2022/07/15	2022/07/15	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功能 檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:13	46 邱柏豪	TUBE USAGE:491054 S, 80045439 mAs	71070772
2022/07/09	2022/07/09	015CT FAST CAL 會中斷	01HEMIT TANK 不良	01更換HEMIT TANK	7:22	46 邱柏豪	校正時140kv 會中斷，(60- 0317)SPIT RATIO ERROR	91073800
2022/07/09	2022/07/09	015CT FAST CAL 會中斷	01HEMIT TANK 不良	01更換HEMIT TANK	7:22	44 王靖皓	校正時140kv 會中斷，(60- 0317)SPIT RATIO ERROR	91073800
1234								