

## 部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：39077 輸入

檔案編號39077(伽瑪閃爍攝影儀)的29筆維復記錄如下：

排序：請修日期

第一頁

前一頁

後一頁

最後一頁

1/2

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/03/20	2024/03/20	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:18	25 沈宗興		73030470
2024/01/29	2024/01/29	巡視保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依預防保養基準保養後功能正常	3:16	28 陳奐聿	配合使用部門射源到貨執行QA, TABLE偶發性異音	93014226
2023/12/20	2023/12/20	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:38	25 沈宗興		72120379
2023/09/14	2023/09/14	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:25	25 沈宗興		72090494
2023/09/14	2023/09/14	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:25	28 陳奐聿		72090494
2023/06/20	2023/06/20	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:13	28 陳奐聿		72060380
2023/05/29	2023/05/29	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	3:13	28 陳奐聿	更換氣壓桿一組	92057918
2023/05/29	2023/05/29	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	3:13	25 沈宗興	更換氣壓桿一組	92057918
2023/03/17	2023/03/17	定期保養，清潔設備內外	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:1	28 陳奐聿		72030467
2023/03/16	2023/03/16	031TABLE升降有異音	02GAS SPRING不良	02更換GAS SPRING	2:41	28 陳奐聿	/待料	92030126
2022/12/13	2022/12/13	定期保養，清潔	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:40	28 陳		71120379

		設備內外 部				吳 聿		
2022/12/13	2022/12/13	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:40	00 代 理 商		71120379
2022/09/16	2022/09/16	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:8	28 陳 吳 聿	/配合代 理商保養	71090480
2022/09/16	2022/09/16	週期保養	清潔設 備內外 部	依定期保養基準保養後功能正常	03:00	00 代 理 商		79999999
2022/06/11	2022/06/11	定期保 養，清潔 設備內外 部	設備功 能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:15	28 陳 吳 聿		71060392
12								