

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：39295 輸入

檔案編號39295(單光子放射電腦斷層掃描儀)的41筆維復記錄如下：

排序：請修日期 ▾ 第一頁 前一頁 後一頁 最後一頁 1/3

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/04/17	2024/04/17	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	5:5	25 沈宗興		73041550
2024/01/09	2024/01/09	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:39	25 沈宗興		73011409
2023/10/19	2023/10/19	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	5:1	25 沈宗興		72101637
2023/09/12	2023/09/12	007無法更換DETECTOR	01DRTECTOR CART CONNECTOR 接觸不良	0101微調CONNECTOR位置	1:35	25 沈宗興		92099078
2023/09/12	2023/09/12	007無法更換DETECTOR	01DRTECTOR CART CONNECTOR 接觸不良	0101微調CONNECTOR位置	1:35	28 陳奐聿		92099078
2023/09/05	2023/09/05	006定期保養	01設備功能檢查	0101依定期保養基準保養後功能正常	5:35	25 沈宗興	55678.5 sec (tube)	92098275
2023/07/06	2023/07/06	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	6:39	28 陳奐聿	備份硬碟	72071717
2023/07/06	2023/07/06	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	6:39	25 沈宗興	備份硬碟	72071717
2023/05/11	2023/05/11	015無法更換COLLIMATOR	03L-ARM位置跑掉	01CALIBRATE L-ARM	2:51	28 陳奐聿		92055978
2023/04/20	2023/04/20	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:47	28 陳奐聿		72041562
2023/04/20	2023/04/20	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	4:20	25 沈宗興		72041562
2023/04/20	2023/04/20	定期保養，清潔設備內外部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	3:47	00 代理商		72041562
2023/03/27	2023/03/27		01原因不明	01重開CT機櫃	2:11			92031270

		019CHECKUP ERROR			28 陳 奕 聿	
2023/01/17	2023/01/17	定期保養， 清潔設備內 外部	設備功能檢 查	依定期保養基準保養後功能正常	4:45	28 陳 奕 聿
2023/01/17	2023/01/17	定期保養， 清潔設備內 外部	設備功能檢 查	依定期保養基準保養後功能正常	4:45	00 代 理 商
123						