

## 部門設備維復資料查詢

當月應保養設備

部門資產查詢

設備維復統計

計畫保養設備

首頁



檔案編號：46931 輸入

檔案編號46931(電子身高體重計)的14筆維復記錄如下：

排序：請修日期

第一頁

前一頁

後一頁

最後一頁

1/1

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2024/04/18	2024/04/18	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:56	76 楊董蕤		73040500
2023/07/28	2023/07/28	003 無法測量	04 數值亂跳	01 整修斷線	1:32	37 陳宇新		92074096
2023/04/20	2023/04/20	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:50	35 余明泰		72040533
2023/02/13	2023/02/13	003 無法測量	07 接線鬆脫	01 整修固定	1:32	3F 林仲璿		92026565
2023/02/13	2023/02/13	003 無法測量	07 接線鬆脫	01 整修固定	1:32	37 陳宇新		92026565
2022/09/01	2022/09/01	003 無法測量	04 數值亂跳	01 整修斷線	1:25	37 陳宇新		91099661
2022/04/20	2022/04/20	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:3	09 史若岑		71040519
2021/12/03	2021/12/03	008 螢幕無顯示	01 訊號線接觸	01 整修接頭	1:6	37 陳宇新		90121596

			不良				
2021/04/12	2021/04/12	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:9	37 陳宇新	70040512
2020/04/10	2020/04/10	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	1:22	09 史若岑	校正身高100 cm-->100.0 cm 79040467
2019/04/18	2019/04/18	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:33	44 黃源輝	Z3113A0019 78040569
2018/04/13	2018/04/13	定期保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依定期保養基準保養後功能正常	0:33	44 黃源輝	Z3113A0019 77040533
2016/11/09	2016/11/09	巡視保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依預防保養基準保養後功能正常	0:33	44 黃源輝	Z3113A0019/60KG法碼 校驗得值60KG 95117638
2015/12/08	2015/12/08	巡視保養，清潔設備內部	設備功能檢查	依預防保養基準保養	0:32	44 黃源輝	Z3113A0019 20, 40, 60, 100kg100cm 定期校驗誤差小於2% 94127790