

部門設備維復資料查詢

當月應保養設備
部門資產查詢
設備維復統計
計畫保養設備
首頁


檔案編號：

檔案編號B1272(點滴控制器)的5筆維復記錄如下:

排序:
第一頁
前一頁
後一頁
最後一頁
1/1

請修日期	修復日期	故障現象	故障成因	修復方式/保養內容	工時	維復人員	附註	本單編號
2023/10/13	2023/10/13	週期保養	清潔設備內外部	依定期保養基準保養後功能正常	00:30	00代理商	低： 6.1psi； 高： 10.4psi； 20.6ml； 電池Lot- 13651681	79999999
2022/09/16	2022/09/16	週期保養	清潔設備內外部	依定期保養基準保養後功能正常	00:30	00代理商	3psi- 9psi (6.1), 7psi- 13psi (10.3), 19ml- 21ml (20.4)	79999999
2021/10/15	2021/10/15	週期保養	清潔設備內外部	依定期保養基準保養後功能正常	00:30	00代理商	3psi- 9psi (5.6), 7psi- 13psi (9.8), 19ml- 21ml (20.0)	79999999
2020/07/27	2020/07/27	週期保養	清潔設備內外部	依定期保養基準保養後功能正常	00:29	00代理商		79999999
2019/10/03	2019/10/03	週期保養	清潔設備內外部	依定期保養基準保養後功能正常	00:30	00代理商		79999999