





溫度部份：(實溫)

	器示值 (°C)	標準值 (°C)	器差值 (°C)
CH1+Sensor 1	-24.8	-25.0	0.2
	-19.8	-20.0	0.2
	-14.8	-15.0	0.2
CH2+Sensor 2	-24.6	-25.0	0.4
	-19.7	-20.0	0.3
	-14.7	-15.0	0.3

校正說明：

1. 器差值=器示值 - 標準值
  2. 器示值係指送校正件所顯示或設定之值
  3. 標準值係指工作標準件之輸出值或顯示值
  4. 校正能力係以約95 %信賴水準,  $k=2$ 之擴充不確定度表示
  5. 擴充不確定度：0.5 °C
  6. 上述擴充不確定度已包含校正件之不確定度評估結果
- THE END --